

GC Fuji IX GP CAPSULE

RADIOPAK POSZTERIOR ÜVEGIONOMER HELYREÁLLÍTÓ CEMENT KAPSZULÁBAN

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET

1. I. és II. osztályú kavitások helyreállítása tejfogagnál
2. I. és II. osztályú kavitások helyreállítása maradó fogagnál, nem teherviselő területen
3. Ideiglenes helyreállítás és alábélelés nagy rágónyomású I. és II. osztályú kavitások esetén szendvicstechnika alkalmazásával
4. V. osztályú kavitások és gyökércaries helyreállítása
5. Csonkfelépítés

ELLENJAVALLATOK

1. Pulpasapkázás.
2. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonló tapasztalat, függessze fel a termék használatát, és páciense forduljon szakorvoshoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Por / folyadék arány (g/g) 0,40/0,11

Keverési idő (mp) 10"*

Keverés utáni első kiadagolás maximum 10 mp

Munkaidő (perc, mp) 2'00"*

Kötési idő (perc, mp) 2'20"*

Végső finírozás megkezdésének ideje

(a keverés kezdetétől számítva, 37°C-on) (perc, mp) 6'00"

1. A KAVITÁS PREPARÁLÁSA

a) Preparálja a fogat hagyományos módon. Mechanikai retencióra nincs szükség. Pulpasapkázáshoz alkalmazzon kalcium-hidroxidot.

b) Kezelje a felszínt GC CAVITY CONDITIONER-rel (10 mp), vagy GC DENTIN CONDITIONER-rel (20 mp) egy vattagombóc vagy szivacs segítségével (1. ábra).

c) Alaposan öblítse le vízzel, majd egy vattagombóccal vagy enyhe légárammal szárítsa le a felületet. **NE SZÁRÍTSA TELJESEN SZÁRAZRA.** Legjobb, ha a preparált felület nedvesnek tűnik (csillog).

2. A KAPSZULA AKTIVÁLÁSA ÉS KEVERÉSE

a) Az aktiválás előtt rázza meg a kapszulát vagy ütögesse az odalát kemény felszínhez, ezzel fellazítva a port (2. ábra).

b) A kapszula aktiválásához nyomja be a dugattyút a kapszulatestbe (3. ábra).

c) Azonnal helyezze a kapszulát fém GC Capsule Applier adagolópisztolyba és húzza meg a kart egyszer (4. ábra). A kapszulát most már aktiválta.

Megjegyzés: A kapszulát csak közvetlenül az alkalmazása előtt szabad aktiválni és azonnal fel kell használni.

d) A kapszulát azonnal vegye ki az adagolóból és helyezze a kapszularázó gépbe (vagy amalgamatorba) és rázza 10 másodpercig (+/- 4000 rpm) (5. ábra).

3. A HELYREÁLLÍTÁSI TECHNIKA

a) A megkevert kapszulát azonnal vegye ki a keverőből és helyezze a GC Capsule Applier adagolópisztolyba.

b) Az első két nyomással élesítse a kapszulát, ezután fecskendezheti az anyagot (6. ábra).

A munkaidő a keverés kezdetétől számítva 2 perc 23°C-os (73,4°F) hőmérséklet esetén. A magasabb hőmérséklet csökkenti a munkaidőt.

c) A keveréstől számított legfeljebb 10 másodpercen belül kezdje meg a keverék applikálását közvetlenül a preparációba (7. ábra).

d) Formázza meg az anyagot, helyezzen rá celluloidcsíkot, amennyiben szükséges.

e) Az anyag megkötése után vigyen fel egy réteg GC Fuji VARNISH (szárítsa meg) vagy GC Fuji COAT LC (fénykezelje 10 másodpercig) védőlakot (8. ábra).

Megjegyzés:

1) Az adagolócsőr irányba igazításához tartsa maga felé az adagolópisztolyt és forgassa el benne a kapszulatestet.

2) A kapszula eltávolításához nyomja meg az adagolópisztoly kioldógombját és eltekerve emelje ki a kapszulát.

4. FINÍROZÁS

a) Víz sugar alatt hagyományos módon finírozza a tömést, melyet a keverés kezdetétől számítva kb. 6 perccel kezdhet el (9. ábra).

b) Finírozás után vigyen fel egy végső réteg GC Fuji VARNISH (szárítsa meg), GC Fuji COAT LC (fénykezelje 10 másodpercig), vagy G-COAT PLUS (fénykezelje 20 másodpercig) védőlakot (10. ábra).

c) Amennyiben lehet, a tömést még további egy órán keresztül ne érje rágónyomás.

TÁROLÁS

Sötét, hűvös (4-25°C) (39,2-77,0°F) helyen tárolandó.

(Eltarthatóság: gyártástól számított 2 év)

SZÍNÁRNYALATOK

A2, A3, A3.5, B2, B3, C4 Fogszínek a Vita® fogszínkulcs alapján.

A Vita® a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany bejegyzett védjegye.

KISZERELÉS

1. Egyszínű: 50 db kapszula/doboz

2. Vegyes: 50 db kapszula/doboz (10db A2, A3, A3.5, B2, B3)

A kapszulák átlagos tartalma: 0,40g por, 0,11g (0,09mL) folyadék

A megkevert kapszula minimális nettó töltőtérfogata: 0,14mL

Opcionális : GC CAPSULE APPLIÉR (1db)

FIGYELMEZTETÉS

1. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bőrre kerül, azonnal távolítsa el alkoholba mártott szivacs- vagy vattadarabbal. Bő vízzel öblítse le.

2. Amennyiben az anyag szembe kerül, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.

